medical line

ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

БАНДАЖ С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ ВОА НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

RAN-101(F)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж ORLETT на голеностопный сустав, арт. RAN-101(F), предназначен для стабилизации положения голеностопного сустава и костей предплюсны в физиологически правильном положении. Осуществляет сильную фиксацию области лодыжек, голеностопного сустава, суставов предплюсны, уменьшает отёчность в области голеностопного сустава и стопы, снижает нагрузки на голеностопный сустав. Шнуровка бандажа позволяет регулировать давление на мягкие ткани сустава. По назначению врача бандаж может заменять гипсовую повязку.
Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- повреждения связок голеностопного сустава;
- травмы лодыжек;
- хроническая нестабильность голеностопного сустава выраженной степени;
- нефиксированные деформации голеностопного сустава;
- вялые параличи стопы (отвисающая стопа с вальгусной или варусной установкой);
- реабилитация после травм и восстановительных (реконструктивных) операций на голеностопном суставе;
- в период реабилитации после травм и операций;
- как тутор при вялых параличах стопы;
- по назначению врача бандаж заменяет гипсовую повязку.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.
Людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

КОНСТРУКЦИЯ

Цифры на рисунке соответствуют следующим элементам конструкции:



рис. 1

1. Основа бандажа.
2. Фиксирующий шнур.
3. Система фиксации BOA: катушка-регулятор.
4. Система фиксации BOA: сверхпрочный стальной шнур.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Разблокируйте застежку BOA, потянув крышку вверх до щелчка.
2. Поместите ногу в бандаж, защелкните крышку застежки BOA и вращайте ее по часовой стрелке до достижения необходимой степени фиксации (3).
3. Поочередно затяните и закрепите фиксирующие ленты. Ленты фиксируются «крест-накрест» с захватом подошвенной части стопы.

ВНИМАНИЕ!

Не следует слишком сильно затягивать фиксирующий шнур во избежание нарушений кровообращения.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора бандажа необходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность голени выше лодыжек. Согласно полученным результатам подобрать бандаж RAN-101(F) по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	1	2	3	4
Окружность голени выше лодыжек, см	18-20	20-22	22-24	24-26

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.

СОСТАВ

30% нейлон, 10% полиуретан, 40% полиэстер, 20% каучук, 3% полиэтилен, 2% сталь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.
Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом.
Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. RAN-101(F), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи изделия при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности: бандажи на голеностопный сустав: арт. RAN-101(F).
Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTORL-RAN-101F-N1_10/24